



CLORO LIBRE

Instrucciones Medición Cloro Libre

1. Encender el medidor, pulsando el botón. Debe aparecer en la pantalla “C1”.	 
2. Llenar un tubo con **agua** hasta la señal de 10 ml. **Tapar** y **secar con papel** el tubo.	 
3. Cuando esté bien seco por fuera, meterlo en el medidor y apretar el botón. Debe aparecer en la pantalla “C2”.	
4. Vaciar el tubo	
5. Añadir los reactivos: 3 gotas Amarillo + 3 gotas Azul 3 3	
6. Añadir agua de nuevo al tubo hasta la señal de 10 ml. Tapar, **agitar** 5 segundos (reactivos + agua) y **secar con papel** el tubo.	 
6. Cuando esté bien seco por fuera el tubo, meterlo en el medidor y apretar el botón. En la pantalla aparecerá directamente la concentración de **Cloro Libre.**	